



07-2013

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

PRODUCT QUALITY CERTIFICATE / CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO

Product code / Código de Producto: CS20/50

Product description / Descripción de producto: CHEMDYE® TERRAGENE® Container Seals with chemical indicator Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Precintos contenedores CHEMDYE®, TERRAGENE® con indicador químico clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CS2050010713

Manufacture date / Fecha de fabricación: 07.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 07.2018

Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira al negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 121 °C, 10 min. 134 °C, 2 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CS2050010713** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CS2050010713** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TECNICO