

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 17th, 2017Product code / código de Producto: CS20/50

Product description / Descripción de producto: CHEMDYE® TERRAGENE® Container Seals with chemical indicator Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Precintos contenedores CHEMDYE®, TERRAGENE® con indicador químico Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)

Batch number / Número de lote: CS2050290617Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-06Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-06Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro.Process specification / Especificaciones de proceso: 121 °C, 10 min. 134 °C, 2 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CS2050290617** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation/ El lote de producto **CS2050290617** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO