



March 8th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CS20/50

Product description / Descripción de producto: CHEMDYE® TERRAGENE® Container Seals with chemical indicator Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Precintos contenedores CHEMDYE®, TERRAGENE® con indicador químico clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de lote: CS2050040315

Manufacture date / Fecha de fabricación: 03.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 03.2017

Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 121 °C, 10 min. 134 °C, 2 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CS2050040315** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CS2050040315** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO