

February 16th, 2024

Product code / código de Producto: CT10

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for EO sterilization processes. (18 mm x 50 m), Type 1 (according to ISO 11140-1). / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por OE (18 mm x 50 m), Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B40022

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-01

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2029-01

Transition color / Color de Transición: Turns to green. / Vira a verde.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 600 mg/l EO, 60% HR, 54°C, 20 min. // 600 mg/l EO, 60% HR, 37°C, 25 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B40022 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto B40022 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO