



January 22nd, 2015

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / código de Producto:** CT22

**Product description / Descripción de producto:** Super Adherent Indicator Tape for Steam sterilization processes (19 mm x 50 mts). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Cinta Indicadora Súper Adherente para procesos de esterilización por Vapor. (19 mm x 50 mts). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

**Batch number / Número de lote:** CT22210115

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 01.2015

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 01.2020

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Dark Brown/Black / Vira a Marrón Oscuro/Negro

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 121 °C, 10 min. // 134 °C, 2 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CT22210115** metes the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CT22210115** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO