

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

January 31st, 2019

Product code / código de Producto: CT22

Product description / Descripción de producto: Super Adherent Indicator Tape for Steam sterilization processes (19 mm x 50 mts). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Cinta Indicadora Súper Adherente para procesos de esterilización por Vapor. (19 mm x 50 mts). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CT22281218E

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-12

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-12

Transition color / Color de Transición: Turns to Dark Brown/Black / Vira a Marrón Oscuro/Negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 121 °C, 10 min. // 134 °C, 2 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CT22281218E** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **CT22281218E** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO