

April 19th, 2024

Product code / código de Producto: CT22

Product description / Descripción de producto: Super adherent Chemical Process Indicator tape (18 mm x 50 m) for Steam sterilization processes. Tipo 1 according to ISO 11140-1. / Cinta súper adherente (18 mm x 50 m) con Indicador Químico de Proceso para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 1 conforme ISO 11140-1.

Batch number / Número de lote: B40126

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2023-09

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2028-09

Transition color / Color de Transición: Turns to dark brown or black. / Vira a marrón oscuro o negro.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 121 °C, 10 min. // 134 °C, 2 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B40126 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto B40126 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO