



February 4th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CT30

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for Dry Heat sterilization processes (19 mm x 50 mts). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por Calor Seco (19 mm x 50 mts). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de lote: CT30020216D

Manufacture date / Fecha de fabricación: 02.2016

Expiration date / Fecha de vencimiento: 02.2021

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown / Vira a Marrón

Process specification / Especificaciones de proceso: 40 minutes, 160 °C // 20 minutes, 180 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CT30020216D** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CT30020216D** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO