

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 12th, 2017Product code / código de Producto: CT30

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for Dry Heat sterilization processes (19 mm x 50 mts). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por Calor Seco (19 mm x 50 mts). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CT30090817AManufacture date / Fecha de fabricación: 2017-06Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-06Transition color / Color de Transición: Turns to Brown / Vira a Marrón.Process specification / Especificaciones de proceso: 40 minutes, 160 °C .

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CT30090817A** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CT30090817A** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO