

October 9th, 2023

Product code / código de Producto: CT30

Product description / Descripción de producto: Process Indicator Tape for Dry Heat sterilization processes (18 mm x 50 mts), Type 1 (according to ISO 11140-1). / Cinta Indicadora de Proceso para procesos de esterilización por Calor Seco (18 mm x 50 mts), Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B30387

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2023-07

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2028-07

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown. / Vira a Marrón.

Process specification / Especificaciones de proceso: 40 minutes, 160°C // 20 minutes, 180°C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B30387 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto B30387 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO