

January 13th, 2025**Product code / código de Producto:** CT30**Product description / Descripción de producto:** Process Indicator Tape for Dry Heat sterilization processes (18 mm x 50 mts), Type 1 (according to ISO 11140-1). / Cinta Indicadora de Proceso para procesos de esterilización por Calor Seco (18 mm x 50 mts), Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B40591**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-07-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2028-06-30**Transition color / Color de Transición:** Turns to Brown. / Vira a Marrón.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 40 minutes, 160°C // 20 minutes, 180°C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B40591** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B40591** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO