



12-10-11

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**Product code / Código de Producto:** CT30**Product description / Descripción de producto:** Indicator Tape for dry heat sterilization process. (18 mm x 50 mts).Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Cinta indicadora para procesos de esterilización por calor seco. (18 mm x 50 mts).Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)**Batch number / Número de Lote:** CT30 071011**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 10.2011**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 10.2016**Transition color / Color de Transición:** Turns to brown / Vira a marrón.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 160 °C, 40 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CT30 071011** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CT30 071011** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO