



01-2014

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate/Certificado de Calidad de Producto

Product code/Código de Producto: CT40

Product description/Descripción de producto: Indicator Tape for hydrogen peroxide (VH_2O_2) sterilization processes. Class 1 EN ISO 11140-1:2009/Cinta indicadora para procesos de esterilización por Peróxido de Hidrogeno (VH_2O_2) .Clase 1 EN ISO 11140-1:2009.

Batch number/Número de Lote: CT40200114

Manufacture date/Fecha de fabricación: 01.2014

Expiration date/Fecha de vencimiento: 01.2019

Transition color/Color de Transición: Turns to GREEN / Vira a VERDE.

Process specification/Especificaciones de proceso: 6min. 50°C/ 10min. 27°C

2.3 mg/l (VH_2O_2).

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established/Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CT40200114** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation/EI lote de producto **CT40200114** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO