



August 15th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CT40P

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for H₂O₂ plasma or vapor sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Cinta indicadora para procesos de esterilización por plasma o vapor de H₂O₂. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number/Número de Lote: CT40P110814B

Manufacture date/Fecha de fabricación: 08.2014

Expiration date/Fecha de vencimiento: 08.2019

Transition color/Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification/Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l // 10 min., 27 °C, 2.3 mg/l.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CT40P110814B** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CT40P110814B** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO