

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 15th, 2016**Product code / código de Producto:** CT40**Product description / Descripción de producto:** Indicator Tape for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes (19 mm x 50 mts). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por Plasma o vapor de Peróxido de Hidrógeno (19 mm x 50 mts). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** CT40P091116**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2016-11**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2021-11**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CT40P091116** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CT40P091116** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO