

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 04<sup>th</sup>, 2017Product code / código de Producto: CT40

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes (19 mm x 50 m). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno (19 mm x 50 m). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CT40P210717AManufacture date / Fecha de fabricación: 2017-07Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-07Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.Process specifications / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CT40P210717A** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CT40P210717A** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO