

September 16th, 2021**Product code / código de Producto:** CT40**Product description / Descripción de producto:** Chemical Process Indicator tape (20 mm x 50 m) for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes. Type 1 (according to ISO 11140-1). / Cinta (20 mm x 50 m) con Indicador Químico de Proceso para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno. Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B10435**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-05**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-05**Transition color / Color de Transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B10435** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B10435** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO