

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 12th, 2017Product code / código de Producto: CT50

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for Formaldehyde sterilization processes (19 mm x 50 mts). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por Formaldehído (19 mm x 50 mts). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)

Batch number / Número de lote: CT50090817AManufacture date / Fecha de fabricación: 2017-08Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-08Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 70 °C, 1,0mol/l FORM.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CT50090817A** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CT50090817A** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO