



29-10-2012

**TERRAGENE**  
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** CT50

**Product description / Descripción de producto:** Indicator Tape for Formaldehyde sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Cinta indicadora para procesos de esterilización por Formaldeído .Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

**Batch number / Número de Lote:** CT50241012

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 10.2012

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 10.2017

**Transition color / Color de Transición:** Turns to green / Vira a verde.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 20 min. 70 °C, 1,0 mol/l.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **CT50241012** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CT50241012** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

  
TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrian Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO