



May 3rd, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: IT26-1YS

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Type 5 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 5 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: IT261YS160316

Manufacture date / Fecha de fabricación: 16.03.16

Expiration date / Fecha de vencimiento: 16.03.21

Transition color / Color de Transición: Turns to Black/Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV121°C = 19,9 min

SV128°C = 10,6 min

SV134°C = 4,3 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT261YS160316** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **IT261YS160316** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO