

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 27th, 2019Product code / Código de producto: IT26-1YS

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Type 5 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 5 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: IT261YS060519Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-05Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-05Transition color / Color de transición: Turns to Black / Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV_{121°C} = 16.6 minSV_{128°C} = 8.7 minSV_{135°C} = 4.6 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT261YS060519** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **IT261YS060519** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO