


April 18th, 2023**Product code / Código de producto:** IT26-1YS**Product description / Descripción de producto:** Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes, type 5 (ISO 11140-1). / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor, tipo 5 (ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B30144**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-04**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2028-04**Transition color / Color de transición:** Turns to black / Vira a negro.**Process specification / Especificaciones de proceso:****SV_{121°C}** = 17.4 min**SV_{128°C}** = 9.3 min**SV_{135°C}** = 5.0 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B30144** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B30144** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO