


March 07th, 2024Product code / Código de producto: IT26-1YS

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes, type 5 (ISO 11140-1). / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor, tipo 5 (ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B40064Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-03Expiration date / Fecha de vencimiento: 2029-03Transition color / Color de transición: Turns to black / Vira a negro.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV_{121°C} = 16.6 minSV_{128°C} = 7.9 minSV_{135°C} = 3.8 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the

conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B40064 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto B40064 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO