


April 16<sup>th</sup>, 2024**Product code / Código de producto:** IT26-1YS**Product description / Descripción de producto:** Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes, type 5 (ISO 11140-1). / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor, tipo 5 (ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B40111**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-04**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-04**Transition color / Color de transición:** Turns to black / Vira a negro.**Process specification / Especificaciones de proceso:**SV<sub>121°C</sub> = 16.7 minSV<sub>128°C</sub> = 8.3 minSV<sub>135°C</sub> = 4.2 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B40111** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B40111** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO