



December 6th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: IT26-C

Product description / Descripción de producto: Moving front Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Class5 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Integrador de Frente progresivo INTEGRON®TERRAGENE® para procesos de esterilización por Vapor. Clase 5 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de lote: 15100

Manufacture date / Fecha de fabricación: 12.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 12.2020

Accept condition / Condición de aceptación: Once the dark bar reaches the ACCEPT zone/Una vez que la barra oscura llega a la zona ACCEPT

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV121°C = 21,5 min

SV128°C = 10,2 min

SV135 °C = 3,2 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.



CONCLUSION: Product batch **15100** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation/ El lote de producto **15100** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO