

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

January 26th, 2018Product code / Código de producto: IT26-C

Product description / Descripción de producto: Moving front Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Type 5 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Integrador de Frente progresivo para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 5 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: 17078Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-12Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-12

Accept condition / Condición de aceptación: Once the dark bar reaches the ACCEPT zone/Una vez que la barra oscura llega a la zona ACCEPT

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV_{121°C} = 19.8 minSV_{128°C} = 9.9 minSV_{135 °C} = 4.1 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **17078** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **17078** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO