


January 15th, 2024**Product code / Código de producto:** IT26-C**Product description / Descripción de producto:** Moving front Chemical Integrator for Steam sterilization processes, (type 5 Integrating Indicator according to ISO 11140-1). / Integrador Químico de frente progresivo para procesos de esterilización por Vapor, (Indicador Integrador tipo 5 conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B30653**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-01**Accept condition / Condición de aceptación:** Once the dark bar reaches the ACCEPT zone. / Una vez que la barra oscura llega a la zona ACCEPT.**Process specification / Especificaciones de proceso:** $SV_{121^{\circ}\text{C}} = 24.5 \text{ min}$ $SV_{128^{\circ}\text{C}} = 12.4 \text{ min}$ $SV_{135^{\circ}\text{C}} = 4.3 \text{ min}$ 

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B30653** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B30653** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO