

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 26th, 2018Product code / Código de producto: IT26-AD

Product description / Descripción de producto: Three Level Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Type 5 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Integrador de Tres Niveles para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 5 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: IT26AD020718Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-07Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-07Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV₁₂₁ °C = 20.7 minSV₁₂₈ °C = 10.3 minSV₁₃₅ °C = 4.2 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT26AD020718** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **IT26AD020718** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO