



03-2014

**TERRAGENE**  
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** IT26

**Product description / Descripción de producto:** Integrator Indicator for steam sterilization processes. Class 5 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Integrador para procesos de esterilización por vapor. Clase 5 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** IT26032014

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 03.2014

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 03.2019

**Process specifications / Especificaciones del proceso:**

**SV<sub>121°C</sub>:** 17.2 min

**SV<sub>128°C</sub>:** 6.8 min

**SV<sub>134°C</sub>:** 2.5 min

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** The product batch **IT26032014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **IT26032014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

  
TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrian Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO