

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

April 5th, 2019Product code / código de Producto: IT26

Product description / Descripción de producto: Three Level Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Type 5 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Integrador de Tres Niveles para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 5 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: IT26060319Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-03Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-03Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV_{121°C} = 16.6 minSV_{128°C} = 6.4 minSV_{135°C} = 2.5 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT26060319** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **IT26060319** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO