



08-07-2013

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: IT26

Product description / Descripción de producto: Integrator Indicator for steam sterilization process. Class 5 (EN ISO 11140-1:2009) /Indicador Integrador para procesos de esterilización por vapor. Clase 5 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: IT26062013

Manufacture date / Fecha de fabricación: 06.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 06.2018

Process specifications / Especificaciones del proceso:

SV_{121°C}: 19.5 min

SV_{128°C}: 8.0 min

SV_{134°C}: 3.9 min

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **IT26062013** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **IT26062013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TECNICO