



TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

14-11-2012

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: IT26

Product description / Descripción de producto: Integrator Indicator for steam sterilization process. Class 5 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Integrador para procesos de esterilización por vapor. Clase 5 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: IT26112012

Manufacture date / Fecha de fabricación: 11.2012

Expiration date / Fecha de vencimiento: 11.2017

Transition color / Color de Transición: Turns to dark brown-black / Vira a marrón oscuro-negro

Process specifications / Especificaciones del proceso:

SV_{121°C}: 19.5 min

SV_{128°C}: 8.1 min

SV_{134°C}: 3.1 min

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **IT26112012** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **IT26112012** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO