

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 12th, 2017Product code / código de Producto: IT26SAD

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes in a self-adhesive support. Type 5 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor en soporte autoadhesivo. Tipo 5 (ISO 11140-1:2014).

Batchnumber / Número de lote: IT26SAD080617Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-06Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-06Transition color / Color de Transición: Turns to Green/Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV_{121°C} = 19.8 minSV_{128°C} = 9.3 minSV_{135°C} = 4.5 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT26SAD080617** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation/ El lote de producto **IT26SAD080617** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO