

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto


TERRAGENE®

June 10th, 2020Product code / Código de producto: IT26SAD

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes in a self-adhesive support. Type 5 according to ISO 11140-1. / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor en soporte autoadhesivo. Tipo 5 conforme ISO 11140-1.

Batch number / Número de lote: IT26SAD260520Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-05Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-05Transition color / Color de transición: Turns to green. / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV_{121°C} = 17.5 minSV_{128°C} = 8.0 minSV_{135°C} = 3.7 min

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT26SAD260520** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **IT26SAD260520** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO