


April 15th, 2025**Product code / Código de producto:** IT26SAD

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes in a self-adhesive support. Type 5 according to ISO 11140-1. / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor en soporte autoadhesivo. Tipo 5 conforme ISO 11140-1.

Batch number / Número de lote: B50133**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-04-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-03-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:**SV_{121°C} = 16.9 minSV_{128°C} = 8.6 minSV_{135°C} = 4.4 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50133** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B50133** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO