



January 18<sup>th</sup>, 2015

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / código de Producto:** IT27-18YS

**Product description / Descripción de producto:** Unique point Emulator Indicator for Steam sterilization processes. Class 6 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Clase 6 (EN ISO 11140-1:2009).

**Batchnumber / Número de lote:** IT2718YS140115

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 01.2015

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 01.2020

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Black/Vira a Negro.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 18 min., 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **IT2718YS140115** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **IT2718YS140115** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO