



16-05-13

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: IT27-3.5L

Product description / Descripción de producto: Unique point Emulator Indicator for steam sterilization process. Class 6 (EN ISO 11140-1:2009) /Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por vapor. Clase 6 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: IT27-3.5L 03.2013

Manufacture date / Fecha de fabricación: 03.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 03.2018

Transition color / Color de Transición: Turns to GREEN / Vira a VERDE

Process specification / Especificaciones de proceso: 3.5 min. 134°C STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **IT27-3.5L 03.2013** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **IT27-3.5L 03.2013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO