

March 12<sup>th</sup>, 2024

Product code / Ccódigo de producto: IT27-3.5S

Product description / Descripción de producto: Unique point Emulator Indicator for Steam sterilization processes, type 6 (according to ISO 11140-1). / Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por Vapor, tipo 6 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B40057

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-03

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2029-03

Transition color / Color de transición: Turns to green. / Vira a verde.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 3.5 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B40057 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto B40057 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO