



April 1st, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: IT27-5.3L

Product description / Descripción de producto: Unique point Emulator Indicator for Steam sterilization processes. Type 6 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 6 (ISO 11140-1:2014)

Batch number / Número de lote: IT2753L040216

Manufacture date / Fecha de fabricación: 04.02.16

Expiration date / Fecha de vencimiento: 04.02.21

Transition color / Color de Transición: Turns to Green/Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 5.3 min., 134 °C // 15 min., 121 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT2753L040216** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **IT2753L040216** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO