



TERRAGENE

Innovation in technologies
for sterilization and disinfection control



21/05/2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: IT27-5.3L

Product description / Descripción de producto: Unique point Emulator Indicator for steam sterilization processes. Class 6 (EN ISO 11140-1:2009) /Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por vapor. Clase 6 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: IT2753L042014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 04.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 04.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 5.3 min. 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **IT2753L042014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **IT2753L042014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.
Lis. Adrian Rovetto
DIRECTOR TECNICO