

March 24th, 2022**Product code / Código de producto:** IT27-5.3S**Product description / Descripción de producto:** Unique point Emulator Indicator for Steam sterilization processes. Type 6 (according to ISO 11140-1). / Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 6 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B20118**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-03**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-03**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 5.3 min., 134 °C // 15 min., 121 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B20118** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B20118** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO