

November 13th, 2024**Product code / Código de producto:** IT27-5YS**Product description / Descripción de producto:** Unique point Emulator Indicator for Steam sterilization processes. Type 6 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 6 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B40513**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-11-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-10-31**Transition color / Color de transición:** Turns to Black / Vira a Negro.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 5 min., 134 °C / 15 min., 121 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B40513** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **B40513** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO