

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 24th, 2017Productcode / código de Producto: IT27-AD

Product description / Descripción de producto: Three level Emulator Indicator for Steam sterilization processes in a self-adhesive support. Type 6 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Emulador de 3 puntos para procesos de esterilización por Vapor en soporte autoadhesivo. Tipo 6 5 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: IT27AD140617Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-06Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-06Transition color / Color de Transición: Turns to Black/Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso:

Level 1: Blue → Black / Nivel 1: Azul → Negro / 2 min., 134 °C / 10 min., 121 °C: UNSAFE.Level 2: Green → Black / Nivel 2: Verde → Negro / 7 min., 134 °C / 20 min., 121 °C: SAFE.Level 3: Yellow → Black / Nivel 3: Amarillo → Negro / 10 min., 134 °C / 30 min., 121 °C: EXTENDED.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT27AD140617** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation/ El lote de producto **IT27AD140617** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO