

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 22<sup>nd</sup>, 2020

Product code / código de Producto: IT28-AD

Product description / Descripción de producto: Emulator Indicator for Steam sterilization processes. Type 6 (according to ISO 11140-1). / Indicador Emulador para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 6 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: IT28AD100620

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-06

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-06

Transition color / Color de Transición: Turns to black. / Vira a negro.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 15 min. 121 °C // 3.5 min. 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **IT28AD100620** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto **IT28AD100620** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO