

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

April 18th, 2018

Product code / código de Producto: IT31

Product description / Descripción de producto: Emulator Indicator for Dry Heat sterilization processes. Type 6 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Emulador para procesos de esterilización por Calor Seco. Tipo 6 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: IT31150318

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-03

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-03

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown /Vira a Marrón.

Process specification / Especificaciones de proceso: 160°C, 40 minutes//160°C, 40 minutes

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT31150318** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation/ El lote de producto **IT31150318** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO