

May 15th, 2025**Product code / Código de producto:** IT31**Product description / Descripción de producto:** Emulator Indicator for Dry Heat sterilization processes. Type 6 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Emulador para procesos de esterilización por Calor Seco. Tipo 6 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B50240**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-05-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-04-30**Transition color / Color de transición:** Turns to Brown /Vira a Marrón.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 160°C. 40 minutes// 160°C. 40 minutes

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50240** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **B50240** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO