

September 26th, 2024**Product code / Código de producto:** KBD8948X/1**Product description / Descripción de producto:** Bowie-Dick Test Card Kit for steam sterilization processes. Includes Bowie-Dick Test Card, type 2 Chemical Indicator (according to ISO 11140-1) and its Holder./ Kit de Tarjeta de Prueba Bowie-Dick para procesos de esterilización por Vapor, incluye tarjeta con Indicador Químico tipo 2 (conforme ISO 11140-1) y su correspondiente soporte.**Batch number / Número de Lote:** B40453**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-02**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-02**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 3.5 minutes, 134 °C // 4.0 minutes, 132 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-5 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-5. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B40453** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-5 regulation. / El lote de producto **B40453** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-5.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO