

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 8th, 2020Product code / Código de producto: KBD8948X

Product description / Descripción de producto: Bowie - Dick Test Card Kit. For steam sterilization processes, includes Bowie - Dick Test Card type 2 Chemical Indicator (according to ISO 11140-1) and its Holder./ Kit para Tarjeta de Prueba Bowie - Dick para procesos de esterilización por Vapor, incluye el Indicador Químico tipo 2 (conforme ISO 11140-1) en la Tarjeta de Prueba Bowie - Dick y su correspondiente soporte.

Batch number / Número de Lote: KBD8948X260320Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-03Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-03Transition color / Color de transición: Turns to green / Vira a verdeEndpoint Conditions / Condiciones del punto final: 3.5 minutes, 134 °C // 4.0 minutes, 132 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **KBD8948X260320** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4 regulation. / El lote de producto **KBD8948X260320** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO