

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 3rd, 2018**Product code / Código de producto:** KH2X15-3.5BD/P

Product description / Descripción de producto: *Kit* Helix-PCD and Bowie & Dick simulation test strips with Chemical Indicator. Plastic test device (1.5 m), 1 cotton bag, 250 strips PCD-A-3.5BD. Type 2 / *Kit* Helix-PCD y Tiras de Prueba de simulación Bowie & Dick con Indicador Químico. Dispositivo plástico de prueba (1.5 m), 1 bolsa de algodón, 250 tiras de PCD-A-3.5BD. Tipo 2.

Batch number / Número de lote: KH2X1535BDPA121017**Components:****Product code / Código de producto:** PCD-A-3.5BD

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick simulation test for use in Helix-PCD system. (pre-punched strips in sheets of 10 units) Type 2 (ISO 11140-1:2014). / Test de simulación de Bowie & Dick para utilización en sistema Helix-PCD. (Tiras pre-troqueladas en láminas de 10 unidades) Tipo 2 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: PCDA35BD121017**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-10**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2022-10**Transition color / Color de transición:** Turns to Dark grey/Black / Vira a Gris oscuro/Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: Bowie & Dick cycle: 3.5 min 134 °C. Validated in a Helix-PCD device / Ciclo de Bowie & Dick: 3.5 min 134 °C. Validado en dispositivo Hélix-PCD.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and ISO 11140-1:2014. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

Conclusion: The product batch **PCDA35BD121017** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **PCDA35BD121017** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.

Product code / Código de producto: CDPCD2X15/P

Product description / Descripción de producto: Helix Process Challenge Device CHEMDYE® TERRAGENE® (plastic capsule) / Sistema CHEMDYE® TERRAGENE® de Desafío de Procesos de esterilización tipo Hélix (cápsula de plástico).

Batch number / Número de lote: CDPCD2X15PA022018

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-02

Shelf-life / Período de vida útil: 250 cycles / 250 ciclos

Resistance verification / Verificación de resistencia: 20 minutes at 134 °C / 20 minutos a 134 °C.

Quality control procedure showed no cracks in the device, maintaining its structural integrity / El procedimiento de control de calidad no mostró fisuras en el dispositivo, manteniéndose su integridad estructural.

Structural Components / Componentes Estructurales

Plastic capsule / Cápsula de plástico: 60 mm length and 8 mm internal diameter / 60 mm de longitud y 8 mm de diámetro.

Plastic tube / Tubo plástico: 1.5 m length and 2 mm internal diameter / 1.5 m de longitud y 2 mm de diámetro interno.

Special silicone connector / Conector de silicona especial: 30 mm length and 2 mm internal diameter / 30 mm de longitud y 2 mm de diámetro.

Final visual inspection certifies that the final product complies with the requirements of the Company's Quality Certification System (ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012). / La inspección visual final certifica que el producto final cumple con los requisitos del Sistema de Certificación de Calidad de la Empresa (ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012).

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

Conclusion: The product KH2X15-3.5BD/P batch **KH2X1535BDPA121017** meets the specifications of EN 285, EN 867-5, ISO 11140-1 and ISO 11140-4. / El producto KH2X15-3.5BD/P lote **KH2X1535BDPA121017** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa EN 285, EN 867-5, ISO 11140-1 e ISO 11140-4.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO