

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

March 29th, 2018Product code / Código de producto: MK200

Product description / Descripción de producto: Marker with water based indicator ink for Steam sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014)/ Marcador con tinta indicadora a base de agua para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de Lote: MK200140318Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-03Expiration date / Fecha de vencimiento: 2018-09Transition color / Color de Transición: Turns to Red / Vira a RojoProcess specification / Especificaciones de proceso: 2 min., 134 °C // 10 min., 121 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **MK200140318** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **MK200140318** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO